

土壤过氧化物酶（S-POD）活性检测试剂盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
SYHB2-C24	土壤过氧化物酶(S-POD) 活性检测试剂盒	24T	常量法
SYHB2-C48		48T	

一、测定意义：

土壤过氧化物酶通过催化芳香族化合物的氧化降解参与土壤有机质的核心转化过程，其活性水平可直接表征土壤有机质的周转效率与生物可利用性，为碳、氮等元素循环研究提供关键参数；同时，因其主要由土壤微生物分泌，活性变化可灵敏反映微生物代谢强度及群落功能特征，是评估土壤生物学活性的重要指标。

二、测定原理：

土壤过氧化物酶可催化左旋多巴发生氧化反应，使其转化为具有特征吸收峰的深褐色产物；该反应过程中，过氧化物酶将左旋多巴分子中的酚羟基氧化为醌式结构，形成的产物在 475nm 波长处具有稳定的光吸收特性；通过测定其吸光度的变化值，计算产物的生成量，进而间接表征土壤过氧化物酶的活性水平。

三、试剂组成：

试剂名称	试剂装量(24T)	试剂装量(48T)	保存条件
试剂一	液体 40mL×1 瓶	液体 80mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂二	粉剂 ×1 瓶	粉剂 ×2 瓶	2-8℃保存
试剂二配制： 用时每瓶粉剂加入试剂三 10mL，混匀充分溶解，现用现配。			
试剂三	液体 12mL×1 瓶	液体 24mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂四	液体 0.5mL×1 瓶	液体 0.5mL×2 瓶	2-8℃保存
试剂四配制： 用时每瓶液体用蒸馏水 60 倍稀释，即每瓶液体加入 3mL 蒸馏水，混匀充分溶解，现用现配。			
试剂五	液体 6mL×1 瓶	液体 12mL×1 瓶	2-8℃保存
试剂六	液体 6mL×1 瓶	液体 12mL×1 瓶	2-8℃保存

四、操作步骤：

样本前处理

新鲜土样自然风干或者 37℃烘箱风干，过 30-50 目筛。

操作步骤

1、分光光度计预热 30min，调节波长至 475nm，蒸馏水调零。

2、测定前将试剂恢复至常温；

3、培养反应（在离心管中加入以下试剂）：

试剂名称	测定管	对照管
土样 (g)	0.1	0.1
试剂一 (μL)	700	700
试剂二 (μL)	100	-
试剂四 (μL)	100	-
蒸馏水 (μL)	-	200
混匀，37℃孵育 1h		
试剂五 (μL)	100	100
试剂六 (μL)	100	100
混匀，10000 转/min 常温离心 10min，取上清液，波长 475m 测定各管吸光度值。每个待测样本设定一个测定管和一个对照管；分别记为 A _{测定} ，A _{对照} ，计算 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ 。		

五、单位定义与计算：

单位定义：每克土样每小时生成 1 nmol 多巴色素定义为一个酶活力单位。

$$\text{S-POD (nmol/g)} = \Delta A / (\epsilon \times d) \times 10^9 \times V_{\text{反应}} / W \times T = 306 \times \Delta A / W$$

V_{反应}：反应液体积，1.1mL=1.1×10⁻³ L；ε：多巴色素摩尔消光系数，3.6×10³ L/mol/cm；d：微量比色皿光径，1 cm；T：反应时间，1h；10⁹：单位换算系数，1 mol=10⁹ nmol；W：样本质量，g。

六、注意事项：

1、不同土壤样本的过氧化物酶差异较大，根据样本活性可以适当增加或者减少称取样本重量，也可增加反应时间。

2、比色时需保证溶液澄清，若有沉淀需离心处理后取上清液测定，
且吸光度应控制 0.8 线性范围内，超出范围需稀释样品重新测定。

【厂家信息】

生产企业：南京陌凡生物科技有限公司
地址：南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】**【说明书核准及修改日期】**

核准日期：2025 年 4 月 7 日
修改日期：2025 年 4 月 7 日