

植物蔗糖酸性转化酶 (AI) 活性检测试剂盒说明书

产品货号	产品名称	包装规格	测定方法
PYHC2-C24	植物蔗糖酸性转化酶 (AI) 活性检测试剂盒	24T	常量法
PYHC2-C48		48T	

一、测定意义：

酸性转化酶在植物生长发育及响应环境胁迫中具有关键作用，测定其活性有助于了解果实糖分积累与品质形成机制，为优化栽培措施、提升果实品质提供依据；同时，在植物对干旱、盐碱等逆境响应研究中，测定酸性转化酶能明晰植物适应策略，助力培育抗逆作物品种，对农业生产意义重大。

二、测定原理：

酸性转化酶催化蔗糖分解生成葡萄糖和果糖，进一步与 3,5-二硝基水杨酸反应，生成棕红色氨基化合物，产物在 540 nm 处具有特征吸收峰，通过吸光值的变化即可表征酸性转化酶的活性。

三、试剂组成：

试剂名称	试剂装量(24T)	试剂装量(48T)	保存条件
提取液	液体 30mL×1 瓶	液体 60mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂一	液体 15mL×1 瓶	液体 30mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂二	粉剂 ×1 瓶	粉剂 ×2 瓶	2~8℃保存
试剂二的配制： 用时每瓶粉剂加入蒸馏水 10mL，混匀充分溶解，现用现配。			
试剂三	液体 27mL×1 瓶	液体 54mL×1 瓶	2~8℃保存
试剂四	液体 27mL×1 瓶	液体 54mL×1 瓶	2~8℃保存
标准品	粉剂 ×1 支	粉剂 ×2 支	2~8℃保存
标准品的配制： 用时每支粉剂加入蒸馏水 1mL，混匀充分溶解，现用现配。			

四、操作步骤：

样本前处理

取一定量植物组织擦净水分及杂质，剪碎后放入研钵，加入液氮，研磨成粉状后转移出来，然后准确称重，按照组织质量 (g)：提取液

体积(mL)为 1: 5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）处理样品，室温研磨至匀浆，4℃ 10000 g 离心 10 min，取上清即为粗酶液，置于冰上待测。

测定步骤

- 1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零；
- 2、测定前将工作液平衡至常温；
- 3、将 10mg/mL 的标准品用蒸馏水稀释成 0、0.2、0.4、0.6、0.8、1mg/mL，备用；

4、样本测定（在离心管中依次加入下列试剂）：

试剂名称	测定管	对照管	空白管	标准管
样品 (μL)	50	50	-	-
蒸馏水 (μL)	-	-	50	-
不同浓度标准品 (μL)	-	-	-	50
试剂一 (μL)	200	200	200	200
试剂二 (μL)	50	50	50	50
试剂三 (μL)	-	400	-	-
混匀，37℃孵育 30min				
试剂三 (μL)	400	-	400	400
试剂四 (μL)	400	400	400	400
混匀，100℃沸水煮 5min，冷却至室温，取 1mL 于玻璃比色皿中在波长 540nm 处测定各管吸光度，记为 A 测定，A 对照，A 空白，A 标准，计算 $\Delta A = A_{\text{测定}} - A_{\text{对照}}$ ， $\Delta A_{\text{标准}} = A_{\text{标准}} - A_{\text{空白}}$ 。注意：每个测定管需要设一个对照管，空白管和标准管只需测 1-2 次。				

五、植物蔗糖酸性转化酶 (AI) 活性测定：

- 1、标准曲线绘制：以吸光度值为横坐标，标准品浓度为纵坐标，绘制标准曲线 $y = kx + b$ ， x 为吸光度值， y 为标准品浓度浓度 (mg/mL)。根据标准曲线，将 $\Delta A_{\text{测定}}$ 带入公式计算出样本浓度 (y, mg/mL)；
- 2、按样本蛋白浓度计算

单位定义: 每 mg 组织蛋白每分钟催化水解 1 μ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式: AI (nmol/min/mg prot) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}} \div T \times 33.3 \div W)$

3、按样本质量计算

单位定义: 每 g 组织每分钟催化水解 1 μ g 蔗糖定义为一个酶活力单位。

计算公式: AI (nmol/min/g 鲜重) = $[1000 \times y \times V_{\text{样}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \div T \times 33.3 \div W)$

1000: 1mg/mL=1000 μ g/mL; $V_{\text{样}}$: 加入反应液中的样本体积, 0.05mL;

$V_{\text{样总}}$: 加入提取液体积, 1mL; T : 反应时间, 30min; C_{pr} : 样本蛋白

白质浓度, mg/mL; W : 样本质量, g。

六、注意事项:

1、样本测试前请选取 2 个预期差异最大的样本, 稀释成不同浓度进行预试, 以选取最佳取样浓度;

2、为保证结果准确且避免试剂损失, 测定前请仔细阅读说明书 (以实际收到说明书内容为准), 确认试剂储存和准备是否充分, 操作步骤是否清楚, 且务必取 2-3 个预期差异较大的样本进行预测定, 过程中问题请您及时与工作人员联系。

【厂家信息】

生产企业: 南京陌凡生物科技有限公司

地址: 南京市栖霞区红枫科技园 A6 栋 2 层

【售后微信】



【说明书核准及修改日期】

核准日期: 2025 年 4 月 7 日

修改日期: 2025 年 4 月 7 日